

TP. Hà Giang, ngày 25 tháng 10 năm 2022

**THƯ MỜI CUNG CẤP BÁO GIÁ
MUA TRANG THIẾT BỊ Y TẾ**

Kính gửi : Quý Công ty, đơn vị

Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC, ngày 29/03/2016 của Bộ Tài chính;
Căn cứ Quyết định số 3966/QĐ-UBND, ngày 16/12/2021 của UBND
Thành phố Hà Giang về việc giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2022;

Hiện nay Trung tâm Y tế thành phố Hà Giang đang có nhu cầu mua sắm
trang thiết bị y tế phục vụ công tác khám chữa bệnh. Trung tâm Y tế thành phố
Hà Giang kính mời quý Công ty, đơn vị có đầy đủ tư cách pháp nhân, đủ điều
kiện và năng lực tham gia báo giá cung cấp trang thiết bị y tế như sau:

STT	Tên hàng hóa, vật tư, quy cách, thông số, kỹ thuật.... của hàng hóa	Đơn vị tính	Số lượng
1	Gường khám bệnh siêu âm - Kích thước tổng thể tối thiểu (mm): D1900xR600xC550±3% (không kể đệm) - Khung giường được lắp ghép với chân giường chắc chắn. - Giát giường chia làm 02 phần: Phần thân và phần nâng đầu. Phần nâng đầu có thể điều chỉnh góc nghiêng từ 0÷ 45° bằng cơ cấu thanh răng thanh chống. - Chân giường được bọc chân cao su êm. - Giường sau khi lắp ráp hoàn chỉnh chắc chắn, bốn chân tiếp xúc đều trên mặt phẳng - Toàn bộ bề mặt giường được xử lý bề mặt bằng phương pháp điện hóa đạt độ sáng bóng. - Tải trọng: ≥200kg. - Toàn bộ giường làm bằng inox (SUS201 hoặc SUS304) - Đệm mút 2 khúc, dày tối thiểu 50(mm), bọc giả da không thấm nước thuận tiện cho việc vệ sinh, chịu được các chất tẩy rửa thông thường	Cái	02
2	Máy đo huyết áp cơ. - Đồng hồ đo có quả bóp làm bằng chất liệu cao su, van xả khí có độ bền cao, mặt đồng hồ được làm bằng kính chịu lực. - Đồng hồ hiển thị kết quả chính xác, vạch chia tối thiểu từ 25 ~ 295mmHg, độ chính xác cao	Cái	05

3	Tai nghe nhịp tim - Ống nghe có hệ thống dây dẫn khí làm bằng chất liệu cao su cao cấp chống oxy hóa - Tai nghe có độ khuếch đại lớn, nghe êm không đau tai	Cái	05
4	Máy đo huyết áp tự động - Phương pháp đo: Đo dao động. - Giới hạn đo: * Huyết áp: 0 tới 299 mm Hg * Nhịp tim: 40 tới 180 nhịp/phút. - Độ chính xác: Huyết áp: ± 3 mm Hg. Nhịp tim: $\pm 5\%$. - Tự động bơm và xả khí	Cái	04
5	Nhiệt kế hồng ngoại - Vị trí đo : Trán / Nhiệt độ bề mặt / Nhiệt độ phòng - Dải đo : $33^{\circ}\text{C} \sim 42^{\circ}\text{C}$ - Độ chính xác : $\pm 0.5^{\circ}\text{C} / \pm 0.2^{\circ}\text{C} / \pm 0.3^{\circ}\text{C}$ - Khoảng cách đo : 4 ~ 5cm - Màn hình hiển thị : LCD - Môi trường sử dụng : Nhiệt độ : $15^{\circ}\text{C} - 39^{\circ}\text{C}$ - Độ ẩm tương đối : $\leq 85\% \text{ RH}$ - Tự động tắt nguồn : sau 30 giây không hoạt động - Thời gian cho kết quả đo : 1÷2 giây	Cái	05
6	Đèn khám bệnh đeo trán Đèn sử dụng nguồn bằng pin được lắp cố định trên thân đèn và pin có thể sạc lại	Bộ	01
7	Cân đo sức khỏe - Cân dùng để cân trọng lượng cơ thể người và đo chiều cao trên cùng thiết bị	Cái	01
8	Ống soi tai mũi họng - Là ống soi tai mũi họng dùng trong y tế - Đảm bảo độ sắc nét của hình ảnh	Cái	01
9	Ống soi tai mũi họng - Là ống soi tai mũi họng dùng trong y tế - Đảm bảo độ sắc nét của hình ảnh	Cái	01
10	Quạt sưởi Halogen Công suất : $\leq 1.000\text{W}$	Cái	02
Cộng: 10 khoản			

- Đề nghị các Quý Công ty, đơn vị gửi Báo giá về Trung tâm Y tế thành phố Hà Giang. Tổ 03, Phường Trần Phú, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang trước

17h00' ngày 04/11/2022 hoặc gửi bản PDF vào địa chỉ: ttyt.tp@hagiang.gov.vn sau thời gian trên mọi báo giá sẽ không còn giá trị.

- Hồ sơ gồm:

+ Báo giá chào hàng bản chính, đóng dấu đỏ, ghi đầy đủ các thông tin yêu cầu và hiệu lực của báo giá.

- Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ với phòng HC-TH qua số điện thoại 02193.866.562

Rất mong nhận được sự quan tâm và bản chào hàng của quý Công ty, đơn vị./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- VNPTiOffice;
- Lưu: VT,KT.

GIÁM ĐỐC

Đinh Văn Lưu

