

SỞ Y TẾ HÀ GIANG
BỆNH VIỆN MẮT
Số: 67/BVM-KHTC

*Về việc cung cấp báo giá
dụng cụ y tế.*

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Giang, ngày 09 tháng 5 năm 2025

THƯ MỜI BÁO GIÁ

Kính gửi: Các đơn vị kinh doanh cung cấp thiết bị y tế

Bệnh viện Mắt tỉnh Hà Giang đang có nhu cầu mua sắm mới là 01 chiếc Tay cầm Phaco (linh phụ kiện thay thế cho máy Phaco Faros của Oertli-Thụy Sỹ đơn vị đang sử dụng), Bệnh viện trân trọng kính mời các đơn vị kinh doanh thiết bị y tế cung cấp chào giá (Danh mục chi tiết tại phụ lục 1 kèm theo).

Yêu cầu Hồ sơ báo giá phải gồm các tài liệu sau:

1. Thư chào giá bản chính, đóng dấu đỏ, ghi đầy đủ các thông tin yêu cầu (theo mẫu đính kèm công văn này);

2. Đăng ký kinh doanh; Tài liệu chứng minh đủ điều kiện kinh doanh thiết bị y tế.

3. Số điện thoại/ Email của đại diện đơn vị báo giá trong trường hợp Bệnh viện cần liên lạc.

4. Tài liệu liên quan (nếu có)

6. Hợp đồng mua bán sản phẩm tương tự (nếu có);

- Thời gian tiếp nhận báo giá: Từ ngày 12/5/2025 đến trước 15h ngày 16/5/2025.

- Các báo giá nhận sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét

- Địa điểm nhận báo giá: Bệnh viện Mắt tỉnh Hà Giang.

- Địa chỉ: Tổ 10 phường Minh Khai, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang.

- Người nhận báo giá: Lê Thị Hồng Thư - Phòng Kế hoạch tài chính, Bệnh viện Mắt tỉnh Hà Giang; số điện thoại 0968984668 hoặc gửi vào hòm thư benhvienmat.hg@gmail.com.

Rất mong sự hợp tác của các Công ty.

Xin chân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Website SYT, website BVM;
- Ban giám đốc;
- Lưu: VT, DCLS; KHTC.

GIÁM ĐỐC

Hoàng Văn Trục

(Kèm theo Thư mời số: 67/BVM-KHTC ngày 09 tháng 5 năm 2025
của Bệnh viện Mắt tỉnh Hà Giang)

TT	Tên thiết bị	Mã số	Hãng sản xuất	Đơn vị tính	Số lượng	Thông số kỹ thuật	Ghi chú
1	Tay cầm phaco	VG800011	Oertli Instrumente AG/ Thụy sỹ	C chiếc	01	+ Yêu cầu chung Thiết bị mới 100% sản xuất 2025 trở về sau + Yêu cầu thiết bị: - Tay cầm có chất liệu titan, - Có 6 tinh thể phát siêu âm, đường kính tay cầm 13mm, trọng lượng 42g - Có thể hấp trùng lại nhiều lần. - Phù hợp với máy phaco Faros của Oertli-Thụy Sỹ.	(Linh phụ kiện thay thế cho máy Phaco Faros của Oertli-Thụy Sỹ đơn vị đang sử dụng)
Tổng cộng 01 loại thiết bị							

PHỤ LỤC 2: BIỂU MẪU BÁO GIÁ

(Kèm theo Thư mời số: 67/BVM-KHTC ngày 09 tháng 5 năm 2025
của Bệnh viện Mắt tỉnh Hà Giang)

BÁO GIÁ

Kính gửi: Ghi rõ tên của chủ đầu tư yêu cầu báo giá

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện Mắt tỉnh Hà Giang, chúng tôi.....(ghi rõ tên, địa chỉ đơn vị cung cấp báo giá) báo giá cho các dụng cụ y tế như sau:

1. Báo giá cho các thiết bị y tế và dịch vụ liên quan

STT	Tên thiết bị/ Thông số kỹ thuật	Mã số	Năm sản xuất	Hãng sản xuất	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá (VNĐ)	Chi phí cho các dịch vụ liên quan	Thuế, phí, lệ phí (nếu có)	Thành tiền (VNĐ)
1										
2										
	Tổng cộng									

Ghi chú: Gửi kèm các tài liệu chứng minh về tính năng, mã số kỹ thuật và các tài liệu liên quan.

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: 30 ngày, kể từ ngày

3. Chúng tôi cam kết:

- Thiết bị mới 100% sản xuất 2025 trở về sau
- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp
- Giá của thiết bị nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.
- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

....., ngày tháng năm 2025

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NHÀ CUNG CẤP
(Ký tên, đóng dấu)